CAMPANHA FIQUE SABENDO 2014

Marcia T. Fernandes dos Santos
PE DST/AIDS SP

TESTES RÁPIDOS DIAGNÓSTICO DE HIV

- DEVERÃO SER SOLICITADOS PARA USO NA CAMPANHA COM ANTECEDÊNCIA;
- O GVE DEVERÁ PROPOR UM FLUXO ENTREGA DOS KITS PARA OS MUNICÍPIOS.

FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE TESTES



FLUXO DE ENTREGA DE TESTES



TESTES RÁPIDOS DIAGNÓSTICO DE HIV

- ARMAZENAMENTO:
  - OS KITS DEVERÃO SER ARMAZENADOS A UMA TEMPERATURA DE **2 A 30ºC** – QUE PODE SER:
    - GELADEIRA OU
    - SALA OU
    - SALA COM AR CONDICIONADO
  - DESDE QUE A TEMPERATURA SEJA MONITORADA DIARIAMENTE.

TESTES RÁPIDOS DIAGNÓSTICO DE HIV

- **NUNCA CONGELAR OS TESTES**

- **SE A TEMPERATURA EXCEDER 30ºC COLOCAR DENTRO DE UM ISOPOR E ISOLAR O GELOX**
  - **O GELOX NÃO PODE FICAR EM CONTATO DIRETO COM A CAIXA POIS PODE CONGELAR OS REATIVOS**

TESTES RÁPIDOS DIAGNÓSTICO DE HIV

- **NESTE MOMENTO QUEM DETERMINA O T1 E O T2 É O MINISTÉRIO DA SAÚDE**

TESTES RÁPIDOS DIAGNÓSTICO DE HIV

- **T1 = HIV TEST BIOEASY**
- **T2 = BIOMANGUINHOS DPP**

TESTES RÁPIDOS DIAGNÓSTICO DE HIV

- NA CAMPANHA FIQUE SABENDO 2014 OS TESTES FORNECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PELO PE DST/AIDS SERÃO OS TESTES RÁPIDOS QUE PODEM SER DE FLUIDO ORAL OU PUNÇÃO DIGITAL/TUBO.

TESTES RÁPIDOS DIAGNÓSTICO DE HIV

- **QUAL FLUXOGRAMA DEVO USAR?**
  - O PE DST/AIDS ESTÁ PROPONDO A UTILIZAÇÃO DO FLUXOGRAMA 2 DA PORTARIA SVS/MS Nº 29 DE DEZ DE 2013.
    - **T1 = TESTE DE FLUIDO ORAL**
    - **T2 = TESTE EM PUNÇÃO DIGITAL**

TESTES RÁPIDOS DIAGNÓSTICO DE HIV

- **T1 = BIOMANGUINHOS DPP FLUIDO ORAL**
- **T2 = RAPID CHECK**

OU

- **T1 = BIOMANGUINHOS DPP FLUIDO ORAL**
- **T2 = HIV TEST BIOEASY**

TESTES RÁPIDOS DIAGNÓSTICO DE HIV

- **Fluxograma 2 : T1= Fluido Oral deve ser preferencialmente utilizado fora de unidades de saúde, em campanhas de testagem e em populações de alta vulnerabilidade.**
- **As amostras de FO oferecem baixo risco biológico**
- **BIOMANGUINHOS DPP HIV – tem janela imunológica de 30 dias.**

TESTES RÁPIDOS DIAGNÓSTICO DE HIV

- **OS PEDIDOS DE TESTES RÁPIDOS DEVERÃO SER FEITOS DA SEGUINTE MANEIRA:**
  - **O T2 SERÁ FORNECIDO NA PROPORÇÃO DE 15% DO T1**
- **EXEMPLO:**
  - **T1 = 100 TESTES – 4 CAIXAS COM 25 TESTES**
  - **T2 = 15 TESTES - 1 CAIXA COM 20 TESTES**

HIV TEST BIOEASY

- **O SANGUE DEVE SER ASPIRADO COM AUXILIO DO TUBO CAPILAR.**
- **ENCOSTAR O TUBO CAPILAR NO POÇO (S) ATÉ QUE NATURALMENTE O SANGUE SEJA TRANSFERIDO PARA O CASSETE.**
- **SEMPRE FICARÁ UM VOLUME MORTO QUE NÃO SE DESLOCA DO CAPILAR.**

HIV TEST BIOEASY

- **IMEDIATAMENTE APÓS A COLOCAÇÃO DA AMOSTRA ADICIONAR 4 GOTAS DO TAMPÃO NO MESMO POÇO (S).**
- **INTERPRETAR O RESULTADO ENTRE 10 E 20 MINUTOS.**

HIV TEST BIOEASY

RESULTADO NÃO REAGENTE: PRESENÇA DE UMA LINHA COLORIDA NA REGIÃO “C”



HIV TEST BIOEASY

RESULTADO REAGENTE: PRESENÇA DE UMA LINHA NA REGIÃO “C” E UMA LINHA NA REGIÃO T1= HIV-1

HIV TEST BIOEASY

RESULTADO REAGENTE: PRESENÇA DE UMA LINHA NA REGIÃO “C” E UMA LINHA NA REGIÃO T2= HIV-2

HIV TEST BIOEASY

A PRESENÇA DE 3 LINHAS NA JANELA DE RESULTADOS C, T1 E T2 INDICA UM RESULTADO REAGENTE PARA HIV-1 E/OU HIV-2



HIV TEST BIOEASY

RESULTADO INVÁLIDO: QUANDO NÃO APARECER A LINHA NA REGIÃO DE CONTROLE "C"

Obrigada pela Atenção!

- **Dúvidas sobre este tema devem ser encaminhadas para:**

testerapido@crt.saude.sp.gov.br